

# **ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000**

4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Приложение № 2  
към заповед № РД - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.2019 г.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

### **Технически параметри на нов апарат за дестилиране на вода (4 бр.):**

1. Минимален капацитет – 8 л/час.
2. Подов монтаж (настолен).
3. Отоплителната система да е изработена изцяло от неръждаема стомана.
4. Със система за безопасност за изключване при ниско ниво на водата и прегряване.
5. Минимални изисквания за дестилация с проводимост –  $2,5\mu\text{S}/\text{cm}$ .
6. Захранване – 380V (230V) 50-60 Hz.
7. Гаранция – 24 месеца.

**ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000**

**ПОЛКОВНИК**

**ИВАН ИВАНОВ**

\_\_\_\_.11.2019 г.